

惠州市惠阳区中医院血液透析用水处理系统更换耗材（保养） 采购项目比选补充公告

各有关比选供应商：

惠州市惠阳区中医院血液透析用水处理系统更换耗材（保养）采购项目于2025年4月17日通过全国招标采购公共服务平台和中国采购与招标网进行采购信息发布，现对比选文件的内容作补充说明如下：

一、项目信息

项目名称：惠州市惠阳区中医院血液透析用水处理系统更换耗材（保养）采购项目

项目编号：HZGX-2025P029

采购方式：比选



二、补充内容


（一）补充血液透析水处理系统设备的信息情况：

1. 血液透析用水处理系统的出水量在水温达到6°时达1600L/h；
2. 血液透析水处理系统设备的规格型号为Ro Dia IIC 1600；
3. 反渗主机前后两级均采用8040标准膜单元；
4. 血液透析水处理系统设备的图片如下：









(二) 本项目不组织现场踏勘，请各比选供应商根据比选文件的要求制作竞选响应文件。

现对本项目原比选文件的内容进行以上补充说明，其他内容不变。

本项目原定 2025 年 04 月 27 日 16 时 00 分开标，现将顺延开标日期至 2025 年 04 月 28 日 16 时 00 分。

三、联系方式

(一) 采购代理机构：惠州公信项目管理有限公司

联系人：罗工

联系电话：0752-7823089

(二) 采购人：惠州市惠阳区中医院

联系人：杨女士

联系电话：0752-3358133

(以下内容无正文)

采购人：惠州市惠阳区中医院

代理机构：惠州公信项目管理有限公司

2025 年 4 月 22 日

